

Số: /SYT-NV

Bình Phước, ngày tháng 12 năm 2020

V/v lấy ý kiến chuyên ngành đối với
gói thầu mua sắm máy X-Quang
kỹ thuật số của Trung tâm Y tế thành phố

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sở Y tế nhận được Công văn số 2253/UBND-KT ngày 10/12/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc lấy ý kiến chuyên ngành đối với gói thầu mua sắm máy X-Quang kỹ thuật số của Trung tâm Y tế thành phố;

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh tham mưu cho ý kiến chuyên ngành về tính phù hợp đặc tính, kỹ thuật đối với chủng loại máy X-Quang Kỹ thuật số, chi tiết như sau:

*Máy X-Quang Kỹ thuật số, gồm:

1. Máy X-Quang cao tần 500mA:

Model: DM-5125

Năm sản xuất: 2020

Hãng sản xuất: DONGMUN CO., LTD

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE

2. Hệ thống số hóa ảnh X-Quang (DR), gồm:

2.1 Tấm cảm biến X-Quang FXRD-1717VB

2.2 Tấm cảm biến a-Si TFT Plat panel detector 17x17 inch

Model: FXRD-1717VB

Hãng sản xuất: Vieworks Co., Ltd

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Năm sản xuất: 2020

2.3. Máy in phim khô:

Model: Drystar 5302

Hãng sản xuất: AGFA NV

Nước sản xuất: Đức

Năm sản xuất: 2019-2020 (có 07 file văn bản kèm theo);

Văn bản gửi về Sở Y tế - Phòng Nghiệp vụ - file mềm gửi về địa chỉ email:
nghiepvuybp@gmail.com trước ngày 14/12/2020 và UBND thành phố Đồng
Xoài.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các Phòng chức năng;
- Website SYT;
- Lưu VT - NV(N10.12).