

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2920/BVĐK-KD

Về việc thay đổi nội dung Phụ lục  
danh mục hàng hóa thuộc KHLCNT

Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Ngày 10/12/2021 Bệnh viện đa khoa tỉnh có Tờ trình số 2859/TTr -BVĐK trình Sở Y tế phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua Phim khô laser chụp X-quang, CT 35cm x 43cm phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Ngày 13/12/2021 Tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh có Báo cáo số 2872/BC-Tổ TĐKHLCNT báo cáo Sở Y tế kết quả thẩm định Tờ trình số 2859/TTr -BVĐK của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước .

Sau khi kiểm tra, Bệnh viện đa khoa tỉnh xin điều chỉnh lại nội dung Phụ lục danh mục hàng hóa thuộc KHLCNT tại Tờ trình số 2859/TTr -BVĐK và tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2872/BC-Tổ TĐKHLCNT của Bệnh viện đa khoa tỉnh. (Cụ thể tại Phụ lục 01).

Ngoài nội dung điều chỉnh Phụ lục danh mục hàng hóa, các nội dung khác của Tờ trình số 2859/TTr -BVĐK và tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo số 2872/BC-Tổ TĐKHLCNT của Bệnh viện đa khoa tỉnh không thay đổi.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT,KD



Ts.S.BS. Trương Hữu Nhân



## DANH MỤC HÀNG HÓA MÔI THẦU

(Kèm theo công văn số **29/20** /BVĐK ngày 16 tháng 12 năm 2021)

STT	Tên hàng hóa môi thầu	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng Bệnh viện đề nghị mua sắm trực tiếp	Thành tiền đề nghị mua sắm trực tiếp
1	Phim khô cỡ 35cm x 43cm	- Kích cỡ: 35cm x 43cm. - Thông số kỹ thuật: Độ tương phản: Từ 0.6 đến 2.0 Độ nhạy tối thiểu: Từ > 0 đến < 0.5 Phim có nền xanh, với nền Polyester dày 7- mil. Nhiệt độ bảo quản: 4 – 24oC và độ ẩm 30 – 50%. Tương thích với máy in phim Dryview Carestream. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn FDA, ISO 13485, CE.	Tấm	3	50,500	18,000	909,000,000

✓