

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /02/2022 của Sở Y tế)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Phân nhóm theo TT số 14/2020/TT-BYT	Đơn vị tính	Giá kế hoạch (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)
1	Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu Prime (loại 10 thông số: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac)	Gồm: - Hóa chất. - Thẻ điện cực: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac. - Giấy in nhiệt. - Đầu lọc máu Thông số kỹ thuật - Phân tích các chỉ số: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac. - Thành phần gồm có: 3 túi hiệu chuẩn A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải; kèm thẻ điện cực. - Bảo quản ở nhiệt độ: 15-30 độ C - ISO 13485	3	Hộp/400 test	40,000,000	12	480,000,000
Cộng 01 khoản							480,000,000
480,000,000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng)							