

Số: 445 /TTr-BVĐK

Bình Phước, ngày 09 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Căn cứ Quyết định 1491/QĐ-UB ngày 02/07/1998 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-SYT ngày 25/11/2019 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/05/2021 của Bộ Tài Chính về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước; sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 13/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ quan y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 358/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ dự trù của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc dự trù vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch (tại Bệnh viện dã chiến K72);

Căn cứ Biên bản họp số 20/BB-HĐKH ngày 20/01/2022 của Hội đồng khoa học Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

Căn cứ Công văn số 169/BVĐK-KD ngày 20/01/2022 về việc xin chủ trương mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch;

Căn cứ Công văn số 323/SYT-NV ngày 26/01/2022 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh xin chủ trương mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch, tại Công văn số 169/BVĐK-KD ngày 20/01/2022;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 84/CT-TTA.TĐG ngày 11/02/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BVĐK ngày 24/02/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt danh mục gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch;

Căn cứ Biên bản họp số 363/BB-BVĐK, ngày 25/02/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xem xét nội dung chứng thư thẩm định giá vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch; thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch;

Căn cứ giá trúng thầu tại Quyết định số 825/QĐ-NĐTW ngày 12/7/2021 của Bệnh viện Nhiệt Đới TW về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư sử dụng cho lọc máu; hợp đồng số 05/HĐTHLM/NĐTW-PĐ/2021 ngày 12/07/2021 giữa Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương và Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông;

Căn cứ giá trúng thầu tại Quyết định số 2991/QĐ-BV ngày 26/08/2021 của Bệnh viện Quân Y 175 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp vật tư y tế tiêu hao thông thường và vật tư y tế tiêu hao cho máy” (có Thông báo trúng thầu số 2996 ngày 26/08/2021 kèm theo);

Căn cứ trúng thầu tại Quyết định 3493/QĐ-BVCR ngày 25/08/2021 của Bệnh viện Chợ Rẫy về việc phê duyệt kết quả Gói 1: Mua 1.776 bộ vật tư sử dụng cho máy thở HFNC thuộc dự án lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn phục vụ cho nhu cầu chống dịch covid-19 (đợt 4) lần 15 năm 2021 của Bệnh viện Chợ Rẫy;

Căn cứ bảng báo giá ngày 14/01/2022 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông;

Căn cứ bảng báo giá ngày 14/01/2022 của Công ty TNHH Dược Phẩm Tuệ Hải;

Căn cứ bảng báo giá ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco;

Căn cứ Báo cáo số 75/BC-Tổ CGLKH, ngày 08/03/2022 của Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc trình duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch, cụ thể như sau:

A. Dự toán:

Tổng dự toán: **982.077.280 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa: 976.569.280 đồng

+ Chi phí thẩm định giá: 5.508.000 đồng

B. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

I. Mô tả tóm tắt gói thầu:

a) Tên gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch (danh mục cụ thể như phụ lục phụ lục I đính kèm).

b) Tổng mức đầu tư: **982.077.280 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa: 976.569.280 đồng

+ Chi phí thẩm định giá: 5.508.000 đồng

c) Tên Chủ đầu tư, bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

d) Nguồn vốn gói thầu: Nguồn thu từ phí, lệ phí và nguồn thu hợp pháp khác.

e) Thời gian thực hiện gói thầu: Quý I, quý II năm 2022.

f) Địa điểm và quy mô:

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Quốc lộ 14, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Quy mô: 982.077.280 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi đồng).

II. Phần công việc đã thực hiện:

ST T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Thẩm định giá	Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín	5.508.000	- Công văn số 259/BVĐK-KD ngày 08/02/2022. - Chứng thư thẩm định giá số 84/CT-TTA.TĐG ngày 11/02/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín.
Tổng cộng:			5.508.000	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch	976.569.280 đồng (<i>Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi chín ngàn, hai trăm tám mươi đồng</i>).	Nguồn thu từ phí, lệ phí và nguồn thu hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2022	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng:		976.569.280 đồng						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia gói thầu: Không phân chia gói bao gồm 01 gói thầu. Tuy nhiên, gói thầu gồm 06 phần riêng biệt, mỗi mặt hàng là một phần của gói thầu. Nhà thầu có thể tham gia một hoặc nhiều phần riêng biệt.

b. Giá gói thầu:

+ Chứng thư thẩm định giá số 84/CT-TTA.TĐG ngày 11/02/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;

+ Biên bản họp số 363/BB-BVĐK, ngày 25/02/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xem xét nội dung chứng thư thẩm định giá vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch; thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch;

+ Giá kế hoạch của các phần riêng biệt được giải trình cụ thể tại phụ lục II đính kèm.

c. Nguồn vốn: Nguồn thu từ phí, lệ phí và nguồn thu hợp pháp khác.

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chỉ định thầu rút gọn, lý do:

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Căn cứ dự trù của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc dự trù vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch (tại Bệnh viện dã chiến K72);

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/05/2021 của Bộ Tài Chính; Điểm a, Khoản 1, Điều 22, Luật đấu thầu số 43/2013 ngày 26/11/2013; Khoản 1, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và Điều 15, Thông tư số

58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính, gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch thuộc trường hợp được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn.

- **Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ (quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 28 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13).

e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022

g. Loại hợp đồng: Trọn gói

h. Thời gian thực hiện hợp đồng:

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (quy định tại Khoản 7, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	5.508.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	Không
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	976.569.280
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không
Tổng giá trị các phần công việc		982.077.280

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục và vật tư sử dụng cho máy thở HFNC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid nặng, nguy kịch, để Bệnh viện sớm triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Thẩm định KHLCNT;
- Lưu VT, P. TCKT, khoa Dược.



GIÁM ĐỐC

ThS.BS. Trương Hữu Nhân

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Tờ Trình số: 445 /TTr-BVĐK ngày 09 tháng 3 năm 2022)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100	<p>Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG</p> <p>Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240μm - Độ dày thành sợi lọc: 50μm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg</p>	Bộ	1	7,300,000	60	438,000,000



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
2	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS	<p>Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết)</p> <p>Chất liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: - Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer): giúp hấp phụ các Cytokine - Polyethylenimine (PEI): giúp hấp phụ Nội độc tố - Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/- 1500 IU/m²) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG <p>Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide)</p> <p>Thông số kỹ thuật của quả lọc</p> <ul style="list-style-type: none"> - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg 	Bộ	1	17,100,000	20	342,000,000

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
3	Catherter lọc máu (Catherter tĩnh mạch 2 nhánh, kim V, cỡ 1215, 1220)	<p>Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, bằng chất liệu polyurethane, kim V, cỡ 1215, 1220, đường kính ngoài 12F, chiều dài 15cm, 20cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kim dẫn chữ V sắc bén, có Valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí. - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vận xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. 	Cái	1	882,116	80	70,569,280
4	Bình làm ẩm tương thích với máy INSPIRED 02FL0 hoặc tương đương	<p>Bình làm ẩm dùng 1 lần. Sử dụng được cho cả người lớn và trẻ em. Tự động làm đầy nước. Thể tích nén khí bình rộng là 44mm, khi đầy bình là 280mm. Dung tích chứa nước tối đa là 160mm. Kích thước 130mm x 122mm x 95mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ rò: $\leq 25\text{ml/phút}@ (60\pm 3)\text{cmH}_2\text{O}$ - Khả năng chống chảy (khi rỗng): $\leq 0,06\text{cmH}_2\text{O/L/phút}@ 30\text{L/phút}$, (ở mức nước tối đa) $\leq 0,06\text{cmH}_2\text{O/L/phút}@ 30\text{L/phút}$ - Tuân thủ (khi rỗng): $\leq 5\text{ml/cmH}_2\text{O}@ (60\pm 3)\text{cmH}_2\text{O}$, (ở mức nước tối đa) $\leq 5\text{ml/cmH}_2\text{O}@ (60\pm 3)\text{cmH}_2\text{O}$. - Thể tích nén (khi bình rỗng): $440\pm 10\text{mL}$, (khi bình đầy) $280\pm 10\text{mL}$. - Dung tích chứa nước tối đa: $160\pm 10\text{mL}$. - Lưu lượng cực đại: 60L/phút - Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa ($165\text{cmH}_2\text{O}$) - Phạm vi nhiệt độ vận hành: $18\text{ oC} \sim 28\text{ oC}$ - Phạm vi độ ẩm vận hành: $15\% \sim 93\% \text{RH}$ <p>Model: VHC60</p>	Cái	6	350,000	70	24,500,000

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
5	Gọng thở mũi lưu lượng cao tương thích với máy INSPIRED 02FLO hoặc tương đương	VANC-02(M): Gọng thở mũi người lớn cỡ M + Lưu lượng dòng chảy tối đa: 60L/phút + Đầu nối 15F/22M theo tiêu chuẩn ISO 5356-1 + Chiều dài: 380mm + Điều kiện môi trường sử dụng: 18oC ~ 28oC, 30% ~ 80% RH (không ngưng tụ), 700hPa ~ 1060hPa + Mỗi gọng thở chỉ sử dụng cho 1 bệnh nhân duy nhất + Chống chỉ định sử dụng cho bệnh nhân bị viêm mũi hoặc bệnh nhân có dị tật về cấu trúc khuôn mặt không thể áp dụng thiết bị hỗ trợ đây đủ. + Không sử dụng thiết bị khi có chống chỉ định sử dụng thở áp lực dương liên tục (CPAP) và liệu pháp thở oxy dòng cao. Model: VANC-02(M)	Cái	6	650,000	70	45,500,000	
6	Ống thở dành cho người lớn tương thích với máy INSPIRED 02FLO hoặc tương đương	510-049: + Ống thở tích hợp dây đốt nhiệt dành cho người lớn (đường kính 22mm), chiều dài 1,5m. + Lưu lượng dòng chảy: 10~60L/phút + Độ rò: < 25ml/phút@(60±3)cmH2O + Khả năng chống cháy: <0,06cmH2O/l/phút @ 30l/phút + Tuân thủ: <5ml/cmH2O@(60±3)cmH2O + Ống thở chỉ nên được sử dụng tối đa trong vòng 14 ngày. Model: 510-049	Cái	6	800,000	70	56,000,000	
Tổng cộng: 06 khoản								976,569,280

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Tờ Trình số: 445 /TT-BVĐK ngày 09 tháng 3 năm 2022)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	Phân nhóm theo TT14	Đơn giá kế hoạch	Số lượng	Thành tiền	Cơ sở xây dựng giá kế hoạch		
										Quyết định trưng thầu làm căn cứ	Giá tại chứng thư thẩm định giá số 84	Báo giá
1	Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100	Prismaflex M100 set	<p>Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG</p> <p>Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thê tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240μm - Độ dày thành sợi lọc: 50μm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg</p>	Bộ	Gambro Industries - Pháp	I	7,300,000	60	438,000,000	Quyết định số 825/QĐ-NDTW ngày 12/7/2021 của Bệnh viện Nhiệt Đới TW, hợp đồng số 05/HĐTHL M/NDTW-PĐ/2021 ngày 12/07/2021, giá 7.300.000 đồng	7,300,000	Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, giá 7.300.000 đồng

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất nhóm theo TT14	Đơn giá kế hoạch	Số lượng	Thành tiền	Quyết định trưng thầu làm căn cứ	Giá tại chứng thư thẩm định giá số 84	Báo giá
2	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS	OXIRIS set	<p>Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Ure huyết)</p> <p>Chất liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: - Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer): giúp hấp phụ các Cytokine - Polyethylenimine (PEI): giúp hấp phụ Nội độc tố - Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m²) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG <p>Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide)</p> <p>Thông số kỹ thuật của quả lọc</p> <ul style="list-style-type: none"> - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240μm - Độ dày thành sợi lọc: 50μm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg 	Bộ	Gambro Industries - Pháp	1	17,100,000	20	342,000,000	Quyết định số 825/QĐ-NDTW ngày 12/7/2021 của Bệnh viện Nhiệt Đới TW, hợp đồng số 05/HĐTHL M/NDTW-PĐ/2021 ngày 12/07/2021, giá 17.100.000 đồng	17,100,000	Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, giá 17.100.000 đồng

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	nhóm theo TT14	Đơn giá kế hoạch	Số lượng	Thành tiền	Quyết định trúng thầu làm căn cứ	Giá tại chứng thư thẩm định giá số 84	Báo giá
3	Catherter lọc máu (Catherter tĩnh mạch 2 nhánh, kim V, cỡ 1215, 1220)	CERTOFI X DUO HF V1215, CERTOFI X DUO HF V1220	<p>Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, bằng chất liệu polyurethane, kim V, cỡ 1215, 1220, đường kính ngoài 12F, chiều dài 15cm, 20cm.</p> <p>- Kim dẫn chữ V sắc bén, có Valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí.</p> <p>- Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vận xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn.</p> <p>- Có dao mổ và kim nong bằng nhựa.</p>	Cái	B.Braun - Đức	1	882,116	80	70,569,280	Quyết định 2991/QĐ-BV ngày 26/08/2021 của BV Quân Y 175, giá 882.116 đồng	882,116	Công ty TNHH DP Tuệ Hải, giá 882.116 đồng

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	nhóm theo TT14	Đơn giá kế hoạch	Số lượng	Thành tiền	Quyết định trúng thầu làm căn cứ	Giá tại chứng thư thẩm định giá số 84	Báo giá
4	Bình làm âm tương thích với máy INSPIRED 02FLO hoặc tương đương	Bình làm âm	<p>Bình làm âm dùng 1 lần. Sử dụng được cho cả người lớn và trẻ em. Tự động làm đầy nước. Thể tích nén khí bình rỗng là 44mm, khi đầy bình là 280mm. Dung tích chứa nước tối đa là 160mm. Kích thước 130mm x 122mm x 95mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ rò: ≤ 25ml/phút@(60±3)cmH2O - Khả năng chống cháy (khi rỗng): ≤ 0,06cmH2O/L/phút@30L/phút, (ở mức nước tối đa) - ≤ 0,06cmH2O/L/phút@30L/phút - Tuân thủ (khi rỗng): - ≤ 5ml/cmH2O@(60±3)cmH2O, (ở mức nước tối đa) - ≤ 5ml/cmH2O@(60±3)cmH2O. - Thể tích nén (khi bình rỗng): 440±10mL, (khi bình đầy) 280±10mL. - Dung tích chứa nước tối đa: 160±10mL.- Lưu lượng cực đại: 60L/phút - Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa (165cmH2O) - Phạm vi nhiệt độ vận hành: 18 oC ~ 28 oC - Phạm vi độ ẩm vận hành: 15% ~ 93% RH Model: VHC60 	Cái	Vincent Medical-Trung Quốc	6	350.000	70	24,500,000	Quyết định 3493/QĐ-BVCR ngày 25/08/2021 của Bệnh viện Chợ Rẫy, giá 350.000 đồng	350,000	Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco, giá 350.000 đồng

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất nhóm theo TT14	Đơn giá kế hoạch	Số lượng	Thành tiền	Quyết định trúng thầu lâm căn cứ	Giá tại chứng thư thẩm định giá số 84	Báo giá
5	Gọng thở mũi lưu lượng cao tương thích với máy INSPIRED 02FLO hoặc tương đương	Gọng thở mũi lưu lượng cao	VANC-02(M): Gọng thở mũi người lớn cỡ M + Lưu lượng dòng chảy tối đa: 60L/phút + Đầu nối 15F/22M theo tiêu chuẩn ISO 5356-1 + Chiều dài: 380mm + Điều kiện môi trường sử dụng: 18oC ~ 28oC, 30% ~ 80% RH (không ngưng tụ), 700hPa ~ 1060hPa + Mỗi gọng thở chỉ sử dụng cho 1 bệnh nhân duy nhất + Chống chỉ định sử dụng cho bệnh nhân bị viêm mũi hoặc bệnh nhân có dị tật về cấu trúc khuôn mặt không thể áp dụng thiết bị hỗ trợ đẩy đủ. + Không sử dụng thiết bị khi có chống chỉ định sử dụng thở áp lực dương liên tục (CPAP) và liệu pháp thở oxy dòng cao. Model: VANC-02(M)	Cái	Vincent Medical-Trung Quốc	6	650,000	70	45,500,000	Quyết định 3493/QĐ-BVCR ngày 25/08/2021 của Bệnh viện Chợ Rẫy, giá 650.000 đồng	650,000	Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco, giá 650.000 đồng
6	Ống thở dành cho người lớn tương thích với máy INSPIRED 02FLO hoặc tương đương	Ống thở dành cho người lớn	510-049: + Ống thở tích hợp dây đốt nhiệt dành cho người lớn (đường kính 22mm), chiều dài 1,5m. + Lưu lượng dòng chảy: 10-60L/phút + Độ rò: <25ml/phút@(60±3)cmH2O + Khả năng chống cháy: <0,06cmH2O//phút @ 30l/phút + Tuân thủ: <5ml/cmH2O@(60±3)cmH2O + Ống thở chỉ nên được sử dụng tối đa trong vòng 14 ngày. Model: 510-049	Cái	Vincent Medical-Trung Quốc	6	800,000	70	56,000,000	Quyết định 3493/QĐ-BVCR ngày 25/08/2021 của Bệnh viện Chợ Rẫy, giá 800.000 đồng	800,000	Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco, giá 800.000 đồng
Tổng cộng: 06 khoản									976,569,280			