

Số: 2287 /BB-BVĐK

Bình Phước, ngày 25 tháng 10 năm 2021.

### BIÊN BẢN HỌP

Về việc xem xét nội dung chứng thư số 894.1/CT-TTA.TĐG ngày 18/10/2021 thẩm định giá vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị, thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước quý IV năm 2021

**I. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2021.

**II. Địa điểm:** Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

**III. Thành phần tham dự:**

#### 1. Ban giám đốc

Ông Trương Hữu Nhân Chức vụ: Giám đốc, chủ trì cuộc họp

Ông Ngô Văn Kiên Chức vụ: P.Giám đốc

Ông Vũ Xuân Thủy Chức vụ: P.Giám đốc

#### 2. Các phòng ban chuyên môn

Ông Trần Quốc Tuấn Chức vụ: Phó phụ trách phòng KHTH, thư ký

Bà Lê Thị Thanh Thủy Chức vụ: Trưởng P.TCKT

Ông Vũ Nhật Vịnh Chức vụ: Trưởng khoa Dược

Ông Phan Hữu Tài Chức vụ: Phó trưởng phòng TC-HC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Chức vụ: P.Trưởng khoa Dược.

#### IV. Nội dung cuộc họp.

Xem xét kết quả thẩm định giá đối với chứng thư số 894.1/CT-TTA.TĐG ngày 18/10/2021 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín thẩm định giá vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị, thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước quý IV năm 2021.

Ông Vũ Nhật Vịnh đọc Chứng thư thẩm định giá số 894.1/CT-TTA.TĐG ngày 18/10/2021 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín thẩm định giá vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị, thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước quý IV năm 2021 và trình bày các tài liệu làm căn cứ xây dựng giá tại phụ lục đính kèm.

Sau khi thảo luận, các thành viên của cuộc họp thống nhất nội dung Chứng thư thẩm định giá số 894.1/CT-TTA.TĐG và báo cáo kết quả thẩm định giá số 894.1/BC-TTA.TĐG ngày 18/10/2021 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung


Tín, thẩm định giá đối với vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị, thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước quý IV năm 2021 với tổng số tiền: **984.062.700 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi hai ngàn, bảy trăm đồng).

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày với sự thống nhất 100% của các thành viên dự họp.

**Nơi nhận :**

- Sở Y tế;
- Ban giám đốc;
- Phòng TCKT (Bản chính);
- Lưu: VT, khoa Dược (Bản chính).

**THƯ KÝ**



Trần Quốc Tuấn



ThS.BS. Trương Hữu Nhân

**THÀNH VIÊN THAM DỰ**



Phan Hữu Nhân




Vũ Xuân Thủy




**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Bs.CKII. Ngô Văn Kiên

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Bs.CKII. Vũ Xuân Thủy



Nguyễn Thị Ngọc



Lê Thị Thanh Thủy



**PHỤ LỤC 01**

(Kèm theo Biên bản họp số 2287 /BYĐK-KD ngày 25 tháng 10 năm 2021)

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng đề nghị mua	Thành tiền	Tài liệu tham khảo làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch	Báo giá của Công ty TNHH thương mại Minh An, giá mua/ cái
1	Quả lọc thận nhân tạo middleflux 1,7m2, sợi Polynephron	Quả (Màng) lọc thận nhân tạo ELISIO-17M	- Chất liệu màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP; - Thông số kỹ thuật: + Diện tích: 1,7 m2. + Hệ số siêu lọc 22 (mL/giờ/mmHg); Độ thanh thải (mL/phút) với lưu lượng máu Qb=300mL/phút và dịch Qd=500mL/phút: Ure 270, Creatinine: 251, Phosphate: 221, Vitamin B12: 143. - Tiêu chuẩn: ISO, CE - Tiệt khuẩn bằng tia Gamma. - Thải trừ hiệu quả B2 microglobulin	Cái	Nipro - Nhật Bản	1	325,600	1,896	617,337,600	Quyết định số 57/QĐ-BVDHYD ngày 19/03/2021 của Bệnh viện đại học Y Dược Tp HCM	Báo giá của Công ty TNHH thương mại Minh An, giá mua/ cái 325,600 đồng/ cái
2	Kim lọc thận nhân tạo 16/17G	Disposabl e AV Fistula Needle Sets 16/17G	Gồm có: -1 kim 16/17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chày thận -1 ống dây dài 30cm -1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bắt ỏn và tổn thương mô	Cái	Vital - Malaysia	4	5,145	15,500	79,747,500	Quyết định số 2829/QĐ-BVQ12 ngày 31/12/2020 của BV Quận 12 Tp.HCM	Báo giá của Công ty cổ phần sinh học Thủy An, giá mua/ cái 5,145 đồng/ cái

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá	Số lượng để nghị mua	Thành tiền	Tài liệu tham khảo làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch	Bảo giá của Công ty cổ phần sinh học Thủy An, giá đồng/ cái
3	Bộ dây chạy thận nhân tạo 2 trong 1	Tubing Sets for Hemodialysis 2 in1	Bộ dây chạy thận có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm. đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 161ml. Chất liệu màng mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thận, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Tiệt trùng bằng khí EO - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.	Bộ	Vital - Malaysia	4	40,950	7,008	286,977,600	Quyết định số 2281/QĐ-BVQ4 ngày 7/12/2020 của BV 30/4 - Bộ Công An	
<b>Tổng cộng: 03 khoản</b>											

PHỤ LỤC

D